



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

07 МАЙ 2020

№

014-846/20

На №

от

Об отзыве медицинского изделия



Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от «Троге Медикал ГбХ», производителя медицинского изделия «Внутривенная канюля с инъекционным портом size: 18G, L: 1.3mm/45mm, flow: 95ml/min, REF: 90138», производства Троге Медикал ГмбХ, Германия, регистрационное удостоверение от 26.07.2011 № ФСЗ 2011/10164, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 19.02.2020 № 02И-324/20 «О незарегистрированном медицинском изделии «Внутривенная канюля с инъекционным портом».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «Фогт Медикаль» по адресу: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, пом. VII, ком. 26, тел: +7 495 921 15 81.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

А.В. Самойлова

## TROGE MEDICAL GMBH



TROGE MEDICAL GMBH Milchstrasse 19 20148 Hamburg

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Milchstrasse 19  
20148 Hamburg  
Germany

Phone: +49 40 / 44 18 44-0

Fax: +49 40 / 410 73 03

E-Mail: info@trogemedical.de  
www.trogemedical.de

Deutsche Bank AG  
IBAN DE58 2007 0000 0527 0020 00  
BIC (SWIFT-Code) DELTDE33

Исх. № 312 от 27.03.2020

В Федеральную службу по надзору в  
сфере здравоохранения

109074, Москва, Славянская пл., д. 4,  
стр. 1

### Информационное письмо

Настоящим письмом сообщаем о приостановлении применения изделия медицинского назначения «Внутривенная канюля с инъекционным портом size; 18G, L; 1.3mm/45mm, flow: 95ml/min, REF: 90138», производства Троге Медикал ГмбХ, Германия, регистрационное удостоверение от 26.07.2011 № ФСЗ 2011/10164, срок действия не ограничен.

По вопросам замены или возврата указанной партии просим обращаться к нашему  
уполномоченному представителю в РФ:

ООО „Фогт Медикаль“

ул. Одесская, д. 2, пом. VII, ком. 26

117638, г. Москва

Тел./Факс: +7 (495) 921-15-81

E-mail: vm.russia@vogt-medical.com

Руководитель отдела качества компании  
**TROGE Medical GmbH**



Елена Кайль

