



Министерство здравоохранения
Российской Федерации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

08.02.2021 № 01И - 156/21

На № _____ от _____

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Полимерные изделия», производителя медицинского изделия:

«Пинцет полимерный одноразовый стерильный ТУ 9398-176-44942795-2005 150 мм», партия Б5 37, дата производства 2019-09, производства ООО «Полимерные изделия», Россия, регистрационное удостоверение от 07.12.2017 № ФСР 2010/07936, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие) сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 31.12.2020 № 01И-2522/20 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Полимерные изделия» по контактными данным, указанным в приложении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



от 08.02.2021 № 010-156/д1

Общество с ограниченной ответственностью
ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Исх. № 17 от 21.01. 2021 г.


Субъектам обращения медицинских изделий

Информационное письмо

В связи с получением письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) №01и-2522/20 от 31.12.2020 о недоброкачественном медицинском изделии «Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм по ТУ 9398-176-44942795-2005», производства ООО «Полимерные изделия», Россия, регистрационное удостоверение от 07.12.2017 № ФСР 2010/07936, срок действия не ограничен, сообщаем следующее:

С целью недопущения обращения недоброкачественного медицинского изделия ООО «Полимерные изделия» просит всех субъектов обращения медицинских изделий провести проверку наличия медицинского изделия «Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм по ТУ 9398-176-44942795-2005» производства ООО «Полимерные изделия» партия Б537, дата производства 2019-09, в случае выявления осуществить его возврат в адрес ООО «Полимерные изделия» (420021, г.Казань, ул.Салиха Сайдашева, д.12), предварительно связавшись с сотрудниками нашей компании по контактными телефонам (843)278-23-05, 275-22-77 или e-mail: info@polimizd.ru

Директор



Н.Х. Шакиров