



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74



2103718

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

12.08.2016 № 014-1584/16  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании решения представителя производителя сообщает об отзыве медицинского изделия «Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные Peha-soft nitrile guard», производства «Пауль Хартманн АГ», Германия, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08587 от 13.12.2010, срок действия не ограничен, вариант исполнения:

- «Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные Peha-soft nitrile guard» размер М 7-8, партия (LOT) № 499501002, номер по каталогу 9422021, использовать до 2017-03;

- «Перчатки медицинские диагностические нестерильные, неопудренные Peha-soft nitrile guard» размер М 7-8, партия (LOT) № 597201002, номер по каталогу 9422021, использовать до 2018-12.

Причина отзыва: токсичность.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «Пауль Хартманн», 115114, Россия, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, тел. 8(495)796-99-61, 8(495)796-99-60.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинских изделий провести мероприятия по проверке наличия и возврату указанного медицинского изделия, создающего угрозу причинения вреда здоровью граждан, и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н (регистрация Минюста России от 07.08.2013 № 29290).


Руководитель


М.А.Мурашко

Список рассылки письма от 12.08.2016 № 014-1584/16


Руководителям территориальных органов Росздравнадзора	АИС Росздравнадзора
--	---------------------

Филиппенко Н.Д.  
8 (499) 578-0213

  
09.08.16

  
03.08.16

0362856

  
11.08.16

