



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2191502

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

29.12.2017 № 01И-3290/17

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Медин-Н», производителя медицинского изделия «Полиамид (капрон). Нить плетеная белая ТУ 9398-007-52318770-2004» USP 2 metric 5, длина 5 м, партия № 67, производства ООО «Медин-Н», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07330 от 05.04.2010, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 30.12.2016 № 01И-2717/16 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Медин-Н» по тел. 8 (343) 212-72-59.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А.Мурашко

Приложение к письму Росздравнадзора
от 29.12.2017 № 014-3290/17



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

г. Екатеринбург

ООО «МЕДИН-Н»

620075, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 145/2.
Почтовый адрес: 620043, Россия, г. Екатеринбург, а/я 147
Тел. (343) 212-72-59 Факс (343) 234-37-33
E-mail: sale@medin-n.ru

• В Федеральную службу

по надзору в сфере здравоохранения

109074 город Москва Славянская пл. 4 стр. 1

• Субъектам обращения медицинских изделий

от ООО «Медин-Н»

620075 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145 оф.2

УВЕДОМЛЕНИЕ

о добровольном отзыве медицинских изделий,

находящихся в обращении на территории Российской Федерации

ООО «Медин-Н» уведомляет субъектов обращения медицинских изделий об отзыве медицинских изделий «Полиамид (капрон). Нить плетеная белая ТУ 9398-007-52318770-2004» USP 2 metric 5, длина 5 м., партия № 67. Регистрационное удостоверение от 05.04.2010 №ФСР 2010/07330, срок действия не ограничен.

Уведомляем Вас, что указанные медицинские изделия могут быть возвращены в ООО «Медин-Н» за счет ООО «Медин-Н», или по желанию Заказчика, могут быть заменены медицинскими изделиями надлежащего качества, соответствующими разрешительной документации на указанные медицинские изделия.

По все интересующим вопросам можно обратиться в коммерческий отдел ООО «Медин-Н» по телефону 8 /343/212 72 59.

Директор ООО «Медин-Н»

«15» ноября 2017 года



Иванов В.Ф.