



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2222375

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

27.04.2018 № 014-1037/18

На № _____ от _____

Об отзыве
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с проведением АО «ВНИИСВ» корректирующих мероприятий сообщает об отзыве медицинского изделия с наименованием «НИКАНТ», Нить хирургическая полиамидная в сополиамидной оболочке с доксициклином, ТУ 9393-203-00209556-2010, №2/0 (3 мет)», номер партии: 10, производства ОАО «ВНИИСВ», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10166 от 10.06.2014, срок действия не ограничен (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 28.02.2018 № 01И-465/18 «О приостановлении применения медицинского изделия».

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться к производителю АО «ВНИИСВ» (170032, г. Тверь, Московское шоссе, д.157, тел./факс +7-4822-53-25-57/8-4822-53-20-85, e-mail: office@vniisv.ru).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ЗАВОДОМ
(АО «ВНИИСВ»)

170032, Россия, г. Тверь, Московское шоссе, д.157
телефон: +7 4822 53 25 57; факс: +7 4822 53 20 85
office@vniisv.ru; www.vniisv.com

ОКПО 00209556; ОГРН 1136952000756
ИНН/КПП 6950161416/695001001

29.03.2018 № 01-11-82/494

Субъектам обращения
медицинских изделий
на территории РФ

На № _____ от _____

Информационное письмо

В связи с опубликованием письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №01И-465/18 от 28.02.2018 «о приостановлении применения медицинского изделия» АО «ВНИИСВ» сообщает об отзыве медицинского изделия «НИКАНТ», Нити хирургической полиамидной в сополиамидной оболочке с доксициклином, ТУ 9393-203-00209556-2010, №2/0(Змет)», номер партии 10, годен до октября 2018 года производства ОАО «ВНИИСВ», Россия, регистрационное удостоверение №ФСР 2011/10166 от 10.06.2014, срок действия не ограничен.

Действия, которые следует предпринять:

- прекратить применение данной партии вышеуказанного шовного материала;
- проинформировать об остатках продукции данной партии для замены её на продукцию других партий;
- изъять из оборота и осуществить возврат в АО «ВНИИСВ».

Дополнительную информацию можно получить в АО «ВНИИСВ», Россия, 170032, г. Тверь, Московское шоссе, 157, тел./факс 8(4822) 53-24-64 / 53-20-85, office@vniisv.ru

С уважением

Временный генеральный директор
АО «ВНИИСВ»

М.А.Ярмак