



2394069

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74  
www.roszdravnadzor.ru

07.09.2020 № 014-1733/20

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Ткацкая фабрика 2», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Бинт марлевый медицинский стерильный по ТУ 9393-001-32947348-2010», 5м х 10 см, артикул - 2», партия 42, дата производства 2КВ2018, производства ООО «Ткацкая фабрика 2», 601337, Россия, Владимирская область, Камешковский р-н, п. им. Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 11, регистрационное удостоверение от 10.03.2011 № ФСР 2011/10227, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 03.07.2020 № 01И-1226/20 «О приостановлении применения медицинского изделия».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «Ткацкая фабрика 2» по телефону: (499) 744-69-95.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

А.В. Самойлова

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТКАЦКАЯ ФАБРИКА 2»**

**601337, Владимирская область, Камешковский район, п. им. Карла  
Маркса, ул. Шоссейная, 11**

№ 23 от 23.07.2020 года

Субъектам обращения медицинских  
изделий

Федеральная служба по надзору в сфере  
здравоохранения (Росздравнадзор)

109074, Москва, Славянская пл. д.4, стр.1

Настоящим, Общество с ограниченной ответственностью «Ткацкая фабрика 2» уведомляет субъектов обращения медицинских изделий о добровольном отзыве медицинского изделия «Бинт марлевый медицинский стерильный по ТУ 9393-001-32947348-2010» размер 5м x 10 см, дата стерилизации 2 кв. 2018, партия 42, Артикул 2 размер (далее данное изделие) для проведения производителем проверки данного изделия на соответствие техническим требованиям.

Данная проверка проводится в связи с появлением информации о несоответствии данного изделия некоторым параметрам технической документации для устранения причин возникновения такого несоответствия.

Все реализованные и неиспользованные конечным потребителем данные изделия подлежат замене на аналогичные изделия других партий.

В случае обнаружения данных изделий возврат и обмен будет произведен нами через организацию, поставившую в Ваш адрес данное изделие.

В случае возникновения вопросов у потребителя данного изделия прошу обращаться к представителям ООО «Ткацкая фабрика 2» по телефонам (499) 744-69-95 или по электронной почте [tfm-light@mail.ru](mailto:tfm-light@mail.ru)

Генеральный директор  
ООО «Ткацкая фабрика 2»



О.Н. Бударина

Исполнитель Антипова Е.Н. (499)744-69-95