



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012  
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38  
www.roszdravnadzor.gov.ru

06.11.2024 № Отч - 1216 /24

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает на основании информации, поступившей от ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА», производителя медицинского изделия «Иглы атравматические с нитями хирургическими рассасывающимися стерильные по ТУ 21.20.24-087-40686779-2017», производства ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА», Россия, регистрационное удостоверение от 16.09.2024 № РЗН 2020/9990, об отзыве некоторых партий медицинских изделий (см. приложение).

В случае необходимости получения дополнительной информации следует обращаться к производителю ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА» по контактными данным, указанным в приложении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Приложение к письму Росздравнадзора

от 06.11.2024 № 01-1216/24

ПТО «МЕДТЕХНИКА»

ПТО «МЕДТЕХНИКА»

т/ф (843) 564-82-45, 560-57-24, 557-39-37, 557-31-09 (сбыт) 557-50-26 (снаб.) 564-82-42 (бух.)

E-mail: medtech@medtech.ru, www.medtech.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Техническое Объединение «МЕДТЕХНИКА».  
р/с №40702810500000000049 в АКБ «Энергобанк» (АО) г. Казани БИК 049205770 к/с №301018103000000000770 ИНН1658021410 КПП16600100

Исх. № 3-1810 от «18» октября 2024 г.

Субъектам обращения  
медицинских изделий



Об отзыве медицинского изделия  
по РУ № РЗН 2020/9990 от 19.06.2023г

Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Техническое Объединение "МЕДТЕХНИКА" (ООО "ПТО "МЕДТЕХНИКА") является производителем медицинского изделия «Иглы атравматические с нитями хирургическими рассасывающимися стерильные по ТУ 21.20.24-087-40686779-2017» по регистрационному удостоверению № РЗН 2020/9990 от 19.06.2023г.

Настоящим письмом ООО "ПТО "МЕДТЕХНИКА" сообщает о добровольном отзыве партии медицинского изделия «Иглы атравматические с нитями хирургическими рассасывающимися стерильные по ТУ 21.20.24-087-40686779-2017» по регистрационному удостоверению № РЗН 2020/9990 от 19.06.2023г, вариант исполнения: Иглы атравматические с нитями хирургическими рассасывающимися стерильные ПОЛИГЛИКОЛИД-КО-КАПРОЛАКТОН MP 1 (USP 5-0) 45 см монопить фиолетовый рассасывающийся 3D-0,4x17-(5-0)-PGACL-(2-45), номер серии 344/23, дата производства 2023-08, годен до 2026-08 из оборота с территории Российской Федерации.

Отзыв вышеуказанного медицинского изделия производится на основании Уведомления Росздравнадзора О возможном причинении вреда здоровью при применении медицинского изделия № 10-61675/24 от 10.10.2024г. по поводу Извещений (далее – Извещения) «о неблагоприятном событии медицинского изделия» №№ НС-15160, НС-15161, НС-15162, НС-15163.

Субъектов обращения медицинских изделий просим своевременно выявить наличие неиспользованных изделий «Иглы атравматические с нитями хирургическими рассасывающимися стерильные по ТУ 21.20.24-087-40686779-2017» по регистрационному удостоверению № РЗН 2020/9990 от 19.06.2023г, вариант исполнения: Иглы атравматические с нитями хирургическими рассасывающимися стерильные ПОЛИГЛИКОЛИД-КО-КАПРОЛАКТОН MP 1 (USP 5-0) 45 см монопить фиолетовый рассасывающийся 3D-0,4x17-(5-0)-PGACL-(2-45), номер серии 344/23, дата производства 2023-08, годен до 2026-08 с целью возврата производителю – ООО "ПТО "МЕДТЕХНИКА", Россия, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, тел. (843)557-3937.

Приносим свои извинения за причиненные неудобства, в случае необходимости готовы предоставить дополнительные разъяснения.

Генеральный директор  
ООО "ПТО "МЕДТЕХНИКА"

Суханова М. М.



Щербаков В.Д.