



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации



225714

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

01.08.2014 № 014-1134/14

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского  
изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с информацией, поступившей от Представительства компании Becton Dickinson B.V., сообщает об отзыве зарегистрированного медицинского изделия «Пробирки вакуумные стеклянные BD Vacutainer для взятия крови», производства Becton Dickinson and Company, США, регистрационное удостоверение № РЗН 2013/1138 от 06.09.2013, срок действия не ограничен:

«Пробирка для выделения моноклеаров BD Vacutainer®CPT™», каталожный номер 362780, лот 4063455.

Причина отзыва: ненадлежащая степень выделения моноклеаров.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинской продукции провести мероприятия по проверке наличия и по предотвращению обращения на территории Российской Федерации указанного медицинского изделия, создающего угрозу причинения вреда здоровью граждан, и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий, утвержденным приказом Минздрава России от 05.04.2013 № 196н (регистрация Минюста России от 07.08.2013 № 29290).

В случае необходимости предоставления дополнительной информации и/или документов следует направлять запросы в Представительство компании Becton Dickinson B.V. по факсу: 8 (495) 775-8583 с пометкой «для Рустама Бекзентеева».

Врио руководителя

М.А. Мурашко