



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2205738

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

13.02.2018 № 014-336/18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от уполномоченного представителя производителя ООО «НДА Деловая медицинская компания» медицинского изделия «Инструменты режущие Feather: скальпель стерильный и нестерильный No. 11», LOT 15116570, Япония, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12980 от 11.10.2012, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 07.12.2017 № 01И-3053/17 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «НДА Деловая медицинская компания» по тел./факс. (812) 714-0614.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко





## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НДА ДЕЛОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ

Юридический адрес: 199034, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 16-я линия, дом 7, литер Б  
Адрес для корреспонденции: 190121, Санкт-Петербург, ул. Перевозная, дом 6, корп. 2, литер Л  
ИНН 7801314509 / КПП 780101001

Расчетный счет 40702810755230000143 в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России»  
по Санкт-Петербургу, К/С 30101810500000000653, БИК 044030653

Тел./Факс. (812) 714-0614

E-mail: nda@nda.ru www.nda.ru

«16» января 2018 г.

Субъектам обращения медицинских изделий

Руководителям лечебно-профилактических учреждений

Руководителям предприятий оптово-розничной торговли

### «О проведении коррекционных мероприятий»

ООО «НДА Деловая медицинская компания», уполномоченное на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества, в связи с уведомлением Росздравнадзора №04-58520/17 от 07.12.2017 г. «О необходимости принятия мер на основании результатов экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия» сообщает следующее.

ООО «НДА Деловая медицинская компания» признает выявленные нарушения при проведении экспертизы качества, эффективности и безопасности при проведении государственного контроля за обращением медицинского изделия «Инструменты режущие Feather: скальпель стерильный и нестерильный No. 11», производства «Фезер Сэйфти Рэйзор Ко., Лтд.», Япония, регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12980 от 11.10.2012 г., номер партии LOT 15116570.

В связи с вышеуказанным, партия медицинского изделия «Инструменты режущие Feather: скальпель стерильный и нестерильный No. 11», производства «Фезер Сэйфти Рэйзор Ко., Лтд.», Япония, регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12980 от 11.10.2012 г., номер партии LOT 15116570, отзывается из обращения с последующим возвратом денежных средств. Все затраты, связанные с физическим возвратом указанной продукции, обязуемся компенсировать.

Генеральный директор

ООО «НДА Деловая медицинская компания»



Николаенко А.И.