



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2226554

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

11.05.2018 № 01И-1203/18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Медцентр», уполномоченного представителя производителя на территории Российской Федерации, сообщает об отзыве медицинского изделия «Система трансфузионная однократного применения Cerebrum», LOT 16.07.2017, производства «Группа Цзянсийских Медицинских оборудований Хунда», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09652 от 27.04.2011, срок действия не ограничен (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 19.03.2018 №01И-688/18 «О приостановлении применения медицинского изделия».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Медцентр», 127591, г. Владивосток, Океанский протект, д. 3, по тел. 8(423) 272 85 10, контактное лицо: Бородина Юлия Александровна.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А.Мурашко



Приложение к письму Росздравнадзора  
от 11.05.2018 № 014-1203/18

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Медцентр»**

ИНН 2540189114 КПП 254001001

ОГРН 1132540002088 ОКПО 20779959

Юридический адрес: 690091, г.Владивосток, Океанский проспект 13, кабинет 508

Почтовый адрес: 690091, г.Владивосток, Океанский проспект 13, офис 10А

Тел. (423) 273-51-93, 273-51-92, 272-85-10

№ 0418-11  
«05» апреля 2018 года

Субъектам обращения медицинских  
изделий

**Информационное письмо об отзыве медицинского изделия**

Общество с ограниченной ответственностью «Медцентр» сообщает о добровольном отзыве партии 16.07.2017 медицинского изделия «Система трансфузионная однократного применения Cerebrum», производства «Группа Цзянсийских Медицинских оборудований Хунда», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09652 от 27.04.2011 года.

Отзыв вышеуказанного медицинского изделия осуществляется на основании информационного письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 19.03.2018 года № 01И-688/18. Субъектов обращения медицинских изделий просим своевременно выявить наличие неиспользованных медицинских изделий «Система трансфузионная однократного применения Cerebrum», производства «Группа Цзянсийских Медицинских оборудований Хунда», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09652 от 27.04.2011 года, партия № 16.07.2017, с целью возврата Обществу с ограниченной ответственностью «Медцентр». По всем вопросам возврата не доброкачественного медицинского изделия просьба обращаться:

ООО «Медцентр»

Адрес: г. Владивосток, Океанский проспект 13

Телефон/факс: (423) 272-85-10, 273-51-93

Контактное лицо: Бородина Юлия Александровна

Приносим извинения за причиненные неудобства, в случае необходимости готовы предоставить дополнительные разъяснения.

С уважением,

Генеральный директор  
ООО «Медцентр»



/Ватулин Н.В./