



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2227834

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

31.05.2018 № 01И-1382/18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от АО «РКЦ «Прогресс», производителя медицинского изделия «Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный 1А Луер ШИ - «Прогресс». Для туберкулина. 1А/1 ml. ТУ 9398-093-43892776-2005, игла 0.4×12», партия 041, производства АО «РКЦ «Прогресс», регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08648 от 11.08.2015, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 13.02.2018 № 01И-332/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю АО «РКЦ «Прогресс» по адресу: 443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18, тел.: 8 (846) 931 18 47, e-mail: d991@samspace.ru, контактное лицо: Жадяев Николай Алексеевич – помощник зам. ген. директора по коммерческим вопросам.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРОГРЕСС»  
(АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»)

ул. Земеца, д.18, г. Самара, 443009, тел. (846) 955-13-61, факс (846) 992-65-18, E-mail: mail@samspace.ru  
ОКПО 43892776, ИНН 6312139922, КПП 997450001,

14.04.2018 № 160/0053

На № 04-12894/18 от 27.03.18г.

Субъектам обращения медицинских  
изделий



Уведомление об отзыве медицинского изделия

Настоящим уведомляем, что в соответствии с письмом Росздравнадзора от 13.02.2018 г. №01И-332/18 «О недоброкачественном медицинском изделии» принято решение отозвать из обращения медицинское изделие «Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный 1А Луер ШИ-«Прогресс», для туберкулина 1А/1ml. ТУ 9398-093-43892776-2005, игла 0,4x12», партия 041, (выпуск 06.2016г.), производства АО «РКЦ «Прогресс».

После получения настоящего уведомления АО «РКЦ «Прогресс» просит Вас прекратить использование данной продукции, установить точное её имеющееся количество и сообщить в наш адрес.

По Вашему обращению шприцы будут заменены на продукцию, соответствующую требованиям нормативной документации.

По вопросам замены обращаться к Помощнику зам. ген. директора по коммерческим вопросам Жадяеву Николаю Алексеевичу e-mail:d991@samspace.ru, 8(846) 931 18 47.

С уважением,

Ио первого заместителя  
генерального директора-  
главного инженера

А.В. Кочетков