



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

19.11.2018 № 01И-2729/18

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «МиниМед», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Пробирка полимерная лабораторная цилиндрическая (без пробки и делений)», 5 мл, 12x75мм, материал полистирол, арт. 11005612, производства «Ф.Л. Медикал с.р.л.», Италия, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 10.09.2018 № 01И-2211/18 «О незарегистрированном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «МиниМед» по e-mail: info@minimed.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район,
с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А
Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

www.minimed.ru e-mail: info@minimed.ru

Р/с 40702810200047104303
К/с 30101810700000000716
ИНН 3234007127

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Туле г. Тула
КПП 320701001 БИК 047003716
ОГРН 1023202138332 ОКПО 29508133

Исх. №290 от 14.09.2018г.

**Субъектам обращения медицинских изделий
Руководителям лечебно-профилактических учреждений
Руководителям предприятий оптово-розничной торговли**

Уважаемый коллеги!

В ответ на информационное письмо №01и-2211/18 от 10.09.2018 о выявлении в обращении незарегистрированного медицинского изделия «Пробирка полимерная лабораторная цилиндрическая (без пробки и делений)», 5 мл, 12×75 мм, материал полистирол, арт. 11005612, производства «Ф.Л. Медикал с.р.л.», (F.L. Medical s.r.l.), Италия, сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении № ФСЗ 2011/09735 от 06 мая 2011 года, сообщаем следующее:

Изделие «Пробирка полимерная лабораторная цилиндрическая (без пробки и делений)», 5 мл, 12×75 мм, материал полистирол, арт. 11005612, изъято из оборота. Нереализованные партии товара подлежат возврату в адрес ООО «МиниМед», Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а. Все затраты, связанные с физическим возвратом указанного изделия ООО «МиниМед» берет на себя.

С уважением,
Директор ООО «МиниМед»



Азбукин В.Р.