



2268651

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

07.12.2018 № 01И-2910/18

На № _____ от _____

Об отмене действия
информационного письма
от 06.04.2018 № 01И-878/18
и изъятии из обращения
отдельной партии
медицинского изделия

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных органов
Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.04.2013 № 196н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий», в связи с возникновением угрозы причинения вреда здоровью граждан при применении медицинского изделия и на основании экспертных заключений ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, отменяет действие информационного письма Росздравнадзора от 06.04.2018 № 01И-878/18 и сообщает об изъятии из обращения отдельной партии медицинского изделия:

«Катетер внутривенный однократного применения 20 G x 1 1/4" x 32 mm, 60 ml/min», REF B948531, LOT 7F001376, производства Беромед ГмбХ Хоспитал Продактс®, Германия, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06656 от 22.04.2010, срок действия не ограничен.

Приказ Росздравнадзора от 07.12.2018 № 8336.

Руководитель

М.А. Мурашко