



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

23 АВГ 2019

№

024-2055/19

На №

от

Об отзыве медицинского изделия



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ЗАО «КонваТек», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия:

«Катетер для аспирации дыхательных путей Мукус Экстрактор без фильтра СН 12, 53 см», производства «КонваТек Инк.», США, сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении от 22.11.2012 № ФСЗ 2012/13230, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).


Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 14.06.2019 № 01И-1487/19 «О незарегистрированном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в службу по работе с клиентами ЗАО «КонваТек», по тел. 8 (495) 663-70-30, e-mail: order@convatec.com.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко



Космодамианская наб., 52 с.1
Москва, 115054
Российская Федерация
www.convatec.com

Приложение 2 к письму Иск. № 163/19 от 24.06.2019г.


Субъектам обращения медицинских изделий

Уведомление об отзыве медицинского изделия

Компания «КонваТек» в лице уполномоченного представителя в РФ ЗАО «КонваТек» уведомляет Вас об отзыве из обращения медицинского изделия «Катетер для аспирации дыхательных путей Мукус Экстрактор без фильтра» СН 12, 53 см, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/13230 от 22.11.2012 в соответствии с письмом, опубликованным на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru № 01И-1487/19 от 14.06.2019 «О незарегистрированном медицинском изделии».

ЗАО «КонваТек» просит всех субъектов обращения медицинского изделия провести проверку наличия указанной партии медицинского изделия и в случае ее выявления осуществить возврат изделия ЗАО «КонваТек» для последующего уничтожения. По всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращайтесь в службу по работе с клиентами ЗАО «КонваТек» по тел. 8 (495) 663-70-30, e-mail: order@convatec.com.

Генеральный директор
ЗАО «КонваТек»



Шор О.А.