



2353020

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

20 ФЕВ 2020№ *024-350/20*

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «МедиКрафт», производителя медицинского изделия «Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью Акугель-Спрей 250 г», серия № 0109Ж, дата производства 09.2018, производства ООО "МедиКрафт", Россия, регистрационное удостоверение от 29.12.2017 № РЗН 2016/3825, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 25.11.2019 № 01И-2845/19 «О приостановлении применения медицинского изделия».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю ООО «МедиКрафт» по тел: +7 (383) 213-63-91.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко



МедиКрафт

Общество с Ограниченной Ответственностью

630064, Новосибирск, пр. К.Маркса, 2, тел +7 (383) 213-63-91

www.medikraft.ru email: sales@medikraft.ru

ИНН 5404416099, КПП 540401001, ОГРН 1105476025500

Исх. № 3/12-2019
от 13 декабря 2019 года

В Федеральную службу по надзору в сфере
здравоохранения (Росздравнадзор)
Министерства здравоохранения Российской Федерации
109074, г.Москва, Славянская пл., 4, стр. 1
Тел.: (499) 578-02-99

Информационное письмо об отзыве продукции

Настоящим письмом ООО «МедиКрафт» информирует Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) о принятом решении об отзыве с рынка РФ медицинского изделия Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью «АКУГЕЛЬ-СПРЕЙ» по ТУ 9398-005-66242897-2015 фасовка 250 г, серия № 0109Ж, дата производства 09.2018 года, производства ООО «МедиКрафт» в связи с выявленными несоответствиями в маркировке продукции требованиям ТУ и государственных стандартов.

Директор



/Юдин А.В./