



Министерство здравоохранения
Российской Федерации



2042387

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

08.10.2015 № 01И-1670/15

На № _____ от _____

Об отмене письма Росздравнадзора
от 08.09.2015 № 01И-1456/15

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с получением дополнительной информации отменяет действие информационного письма Росздравнадзора от 08.09.2015 № 01И-1456/15.

Одновременно информируем, что согласно материалам комплекта регистрационной документации на медицинское изделие «Анализатор автоматический клинический «САПФИР 400» (SAPPHIRE 400) с принадлежностями», производства Hirose Electronic System Co., Ltd., Япония, регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2195 от 13.01.2015, срок действия не ограничен, производителем рекомендованы принадлежности к вышеуказанному медицинскому изделию, предназначенные для его промывки:

- «Щелочной раствор» (Alkaline Washing Solution For Sapphire 400), производства «TOKYO BOEKI MACHINERY LTD», Япония;
- «Кислотный раствор» (Acid Washing Solution For Sapphire 400), производства «TOKYO BOEKI MACHINERY LTD», Япония.

Руководитель

М.А.Мурашко