



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2314908

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

30.07.2019 № 014-1830/19

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной производителя Tianjin Medic Medical Equipment Co., Ltd медицинского изделия «Одноразовый шприц стерильный с иглой 23G x 1 ¼ - 0,6x32, 2 мл», LOT 20150715, дата стерилизации 20150715, производства Tianjin Medic Medical Equipment Co., Ltd, China, сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении от 28.01.2009 № ФСЗ 2009/03552, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 14.06.2019 № 01И-1480/19 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «РАФЭЛ» по телефону +7 (843)-2782332.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

天津市麦迪克医用器材有限公司
Tianjin Medic Medical Equipment Co., Ltd

Add: Yumen Road, Yangzhuangzi, China

Date: 2019.7.2

Информационное письмо
для субъектов обращения медицинских изделий
о проведении коррекционных мероприятий в отношении медицинского изделия

Уважаемые потребители!

Настоящим письмом производитель Тяньжинь Медик Медикал Эквипмент Ко., Лтд сообщает о добровольном отзыве медицинского изделия «Одноразовый шприц стерильный с иглой 23G*1 ¼ - 0.6*32, 2 мл», LOT 20150715, сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении ФСЗ 2009/03552 от 28.01.2009, из оборота с территории Российской Федерации по причине неверной маркировки.

Субъектов обращения медицинских изделий просим своевременно выявить наличие неиспользованных шприцев однократного применения объемом 2 мл с указанной маркировкой с целью возврата импортеру, указанному на упаковке изделия.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Zhang Wen

Director

Signature

Stamp

