



Министерство здравоохранения
Российской Федерации



2129399

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 15 74

15.12.2016 № 0141 - 2573/16

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с поступившей информацией от ООО «Авран ЛК» (прилагается), уполномоченного представителя производителя «Чанчжоу Шуанма Медикал Дивайсис Ко., Лтд», Китай, сообщает об отзыве медицинского изделия «Шприц LEIKO медицинский инъекционный двухдетальный с иглой 0,6×32мм (23G×1½) стерильный однократного применения объемом 2мл», номер партии 20140702, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08209 от 02.11.2010.

Контакты для получения дополнительной информации: ООО «Авран ЛК», тел. (495) 662-44-08, E-mail: info@leiko.ru.

Приложение: копия письма ООО «Авран ЛК» на 1 л.

Руководитель

М.А. Мурашко

02.07.2017



Субъектам обращения
медицинских изделий

Исх № 130 от 22.11.2016

На № 01и-2280/16 от 18.11.2016

Об отзыве продукции

ООО «Авран ЛК», 109052, г.Москва, ул.Нижегородская, д.70, корп.2, тел.: (495)662-44-08, в лице Генерального директора Позняка В.А., являющееся уполномоченной организацией, сообщает об отзыве из обращения медицинского изделия «Шприц LEIKO медицинский инъекционный двухдетальный с иглой 0,6×32 мм (23G×1½) стерильный однократного применения объемом 2 мл», номер партии 20140702, производства «Чанчжоу Шуанма Медикал Дивайсис Ко., Лтд», КНР, дата выпуска 07.2014г, срок годности 07.2019г, регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08209 от 02.11.2010, срок действия не ограничен.

Причина отзыва - несоответствие сведениям регистрационного досье, в части наименования изделия, количества составных элементов шприца.

При наличии складского остатка данной партии товара просьба осуществить возврат медицинского изделия. Если вы реализуете данную продукцию другим учреждениям, просьба проинформировать ваших покупателей о необходимости изъятия из обращения вышеуказанной партии товара. Возврат покупателем осуществляется в адрес ООО «Авран ЛК» и за его счет. Приносим извинения за причиненные неудобства.

Генеральный директор

ООО «Авран ЛК»

22 ноября 2016 г.



Позняк В.А.