



2210835

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. I, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

28.02.2018 № 014-458/18

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от производителя ООО «МиниМед» медицинского изделия «Пробирка микроцентрифужная типа «Эппендорф», с делениями, ТУ 9464-015-29508133-2014», дата производства 05.2017, Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2596 от 10.09.2015, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 19.12.2017 № 01И-3160/17 в редакции от 15.01.18 № 01И-41/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «МиниМед» (Россия) по телефону: (4832) 92-97-97, 8-800-100-48-32.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район,
с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А
Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

www.minimed.ru e-mail: info@minimed.ru

Р/с 40702810200047104303
К/с 30101810700000000716
ИНН 3234007127

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Туле г. Тула
КПП 320701001 БИК 047003716
ОГРН 1023202138332 ОКПО 29508133

Исх. №7 от 18.01.2018г.

Субъектам обращения медицинских изделий
Руководителям лечебно-профилактических учреждений
Руководителям предприятий оптово-розничной торговли

Уважаемый коллеги!

В ответ на информационное письмо №01и-3160/17 от 19.12.2017г. в редакции информационного письма №01и-41/18 от 15.01.2018г. о выявлении в обращении недоброкачественного медицинского изделия «Пробирка микроцентрифужная типа «Эппендорф», с делениями, ТУ 9464-015-29508133-2014», дата производства 05.2017, производства ООО «МиниМед», регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2596 от 10.09.2015, срок действия не ограничен, сообщаем следующее:

Изделие «Пробирка микроцентрифужная типа «Эппендорф», с делениями, ТУ 9464-015-29508133-2014», дата производства 05.2017, производства ООО «МиниМед», изъято из оборота. Нереализованные партии товара подлежат возврату в адрес ООО «МиниМед», Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а, для перемаркировки. Все затраты, связанные с физическим возвратом указанного изделия ООО «МиниМед» берет на себя.

С уважением,
Директор ООО «МиниМед»



Азбукин В.Р.