



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074

Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

30 ИЮН 2021

№ 014-829/21

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2457295

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ЗАО «ОЛДАНС», производителя медицинского изделия:

«Чашка Петри 90мм ЧП-03-«ОЛДАНС», производства ЗАО «ОЛДАНС», 614000, Россия, г. Пермь, ул. Монастырская, 3а, сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении от 27.02.2014 № ФСР 2012/13095 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 07.02.2020 № 02и-257/20 «О незарегистрированном медицинском изделии «Чашка Петри 90мм ЧП-03-«ОЛДАНС».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ЗАО «ОЛДАНС» по контактными данным, указанным в приложении (тел. +7 (342) 299-42-59, e-mail: info@oldans.ru).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова



**Закрытое Акционерное Общество
«ОЛДАНС»**

614000, г. Пермь, ул. Монастырская 3А
info@oldans.ru, +7 (342) 299-42-59
ИНН 5902136376, КПП 590201001 БИК 045773603

Исх. № б/н
от 21.02.2020г
в ответ на № 02И-257/20
от 07.02.2020г

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения

Субъектам обращения медицинских изделий
Медицинским организациям
Органам управления здравоохранения
субъектов Российской Федерации

Информационное письмо

Закрытое акционерное общество «ОЛДАНС» сообщает об отзыве медицинского изделия:

«Чашка Петри 90мм ЧП-03-«ОЛДАНС», производства ЗАО «ОЛДАНС», 614000, Россия, г. Пермь, ул. Монастырская, 3А, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13095 от 27.02.2014г,


в связи с получением информационного письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № 02И-257/20 от 07.02.2020г «О незарегистрированном медицинском изделии».

Возврат просим произвести транспортными компаниями, до терминала в г. Пермь, за счет ЗАО «ОЛДАНС». Данная продукция будет обезврежена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015г № 1360.

Обмен и поставка в Ваш адрес доброкачественной продукции, соответствующей ТУ 9398-003-55058819-2011 будет осуществлена в течение 10 дней за счет ЗАО «ОЛДАНС».



Генеральный директор ЗАО «ОЛДАНС»

 /Бурков Д.С./