



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации



2512400

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74  
www.roszdravnadzor.ru

07-07.2015 № 014-746/дд

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве  
медицинского изделия

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с получением информационного письма от производителя ООО «ХБК Навтекс» к субъектам обращения медицинских изделий в рамках корректирующих мероприятий сообщает об отзыве медицинского изделия «Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93, хлопок 100%, 7\*14 см», партия 02604, производства ООО «ХБК «Навтекс», Россия, регистрационное удостоверение от 10.04.2015 № РЗН 2015/2555.

Причина отзыва: проведение корректирующих мероприятий.

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «ХБК Навтекс» (см. приложение).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Р.Ф.  
Общество с ограниченной  
ответственностью «Хлопчатобумажная компания  
«Навтекс»  
ООО «ХБК «НАВТЕКС»  
ИНН 3703047618 / КПП 370301001  
155830, г.Наволоки, Ивановской обл.,  
Кинешемский р-н, ул. Промышленная, 1  
р/с 40702810617000003421  
Ивановское отделение №8639  
ПАО «Сбербанк России»  
БИК 042406608  
кор.счет 3010181000000000608  
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл.



Русский  
регистр



- ☎ телефон 9-79-22
- ☎ факс 9-77-32
- ☎ плановый отдел 9-74-67
- ☎ юрисконсульт 9-76-42

Исх. № 01-05/105 от 20.05.2022г

### Уведомление о добровольном отзыве медицинского изделия

Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажная компания «Навтекс» (ООО «ХБК «Навтекс») уведомляет о добровольном отзыве медицинского изделия «Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93, 7м x 14см», партия 02604, дата производства 1 кв. 2021г, гарантийный срок годности 5лет, производства ООО «ХБК «Навтекс», Россия, регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2555 от 10.04.2015г.

Отзыв производится в связи с появлением информации о несоответствии данного изделия параметрам технической документации ( письмо Росздравнадзора № 10-26243/22 от 29.04.2022г «О необходимости принятия мер на основании результатов экспертизы качества, эффективности безопасности медицинского изделия» ).

Все реализованные и неиспользованные потребителем изделия подлежат замене на аналогичные изделия других серий.

В случае возникновения вопросов у потребителя данного изделия просим обращаться к представителям ООО «ХБК «Навтекс» по телефону 8 (49331) 9-74-79 или по электронной почте otk@navtex.ru .

Генеральный директор  
ООО «ХБК «Навтекс»



И.В.Столярова