



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации  
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**РУКОВОДИТЕЛЬ**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012  
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38  
www.roszdravnadzor.gov.ru

28.01.2026 № 014-60/26

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об изъятии партии  
недоброкачественного  
медицинского изделия и  
отмене информационного  
письма от 26.09.2025  
№ 01И-996/25



2639692

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским  
организациям

Органам управления  
здравоохранением  
субъектов Российской  
Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.09.2020 № 980н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий», в связи с возникновением угрозы причинения вреда здоровью граждан при применении медицинского изделия и на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора отменяет действие информационного письма Росздравнадзора от 26.09.2025 № 01И-996/25 и сообщает об изъятии из обращения партии недоброкачественного медицинского изделия:

«Мононить хирургическая рассасывающаяся на основе полидиоксанон "Сабмон" с иглами атраумвтическими и без игл, стерильная по ТУ 21.20.24-018-52318770-2019, USP 2/0 metric 3 75см 4/8 0,7/25мм Мононить рассасывающаяся полидиоксаноновая фиолетовая», партия (LOT): 247, дата производства 2023-03, использовать до 2026-03, производства ООО "Медин-Н", Россия, регистрационное удостоверение от 17.05.2022 № РЗН 2022/17216.

Приказ Росздравнадзора от 28.01.2026 № 78.

А.В. Самойлова