



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

07.02.2017 № 01И - 283/17

На № _____ от _____

Во изменение информационного
письма Росздравнадзора от 24.11.2016
№ 01И-2358/16



2137990

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения во изменение информационного письма Росздравнадзора от 24.11.2016 № 01И-2358/16 в связи с технической ошибкой (при указании партии) просит считать верным следующее изложение первого абзаца:

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает о выявлении территориальным органом Росздравнадзора по Республике Тыва в обращении недоброкачественного медицинского изделия «Катетер подключичный однократного применения, стерильный «Синтез» ТУ 9398-080-00480201-2006», партия 371014, производства ОАО «Синтез», Россия, г. Курган, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11466 от 19.07.2011, в связи с несоответствием требованиям технической документации производителя, содержащейся в комплекте данной регистрационной документации, не соответствующего сведениям регистрационного досье в части эффективной длины и внешнего диаметра катетера.

Руководитель

М.А. Мурашко