



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2137914

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

07.02.2017 № 01И - 262 / 17

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О внесении изменений в информационное  
письмо Росздравнадзора от 21.12.2016  
№ 01И-2629/16

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения во изменение информационного письма Росздравнадзора от 21.12.2016 № 01И-2629/16 в связи с технической ошибкой просит считать верным следующее изложение первого абзаца:

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает о выявлении территориальным органом Росздравнадзора по Удмуртской Республике в обращении недоброкачественного медицинского изделия «Травлин®. Гель стоматологический универсальный для травления эмали и дентина ТУ 9391- 012-67200978-2011», партия № 20, № упаковщика 01, использовать до 08.17, производства ООО «ТехноДент», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13174 от 11.03.2012, срок действия не ограничен (далее - Медицинское изделие), не соответствующего требованиям технической документации производителя, содержащейся в комплекте данной регистрационной документации, в части тип/модель, комплектности, срока годности, дате регистрационного удостоверения, маркировки, составу, условиям транспортирования (см. Приложение).

Руководитель

М.А. Мурашко