



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

26.05.2017 № 01И-1227/17

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует, что в связи с проведением коррекционных мероприятий производитель отзывает из обращения отдельные партии медицинского изделия «Салфетки стерильные 16 см х 14 см, 20 штук, двухслойные», дата изготовления 08.2015, производства ООО «НЬЮФАРМ», 155800, Россия, Ивановская область, Кинешемский район, г. Кинешма, ул. Шуйская, д.1, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11141 от 28.06.2011, срок действия не ограничен.

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 21.04.2017 № 01И-98517 «О недоброкачественном медицинском изделии».

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться в ООО «НЬЮФАРМ», 155800, Россия, Ивановская область, Кинешемский район, г. Кинешма, ул. Шуйская, д.1, тел./факс: +7 (49331) 2-00-63, 3-70-12.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А.Мурашко

Приложение к письму Росздравнадзора
от 26.05.2017 № 01И-1227/16



ООО «НЬЮФАРМ»
155800 Ивановская область,
г.Кинешма, ул.Шуйская д.1
ИНН 3703015180
Тел./факс (49331) 2-00-63
e-mail: info@ n-farm.ru

Исх. №69
от 27.04.2017г.

Всем заинтересованным лицам

Уважаемые клиенты!

Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ» сообщает, что согласно письма Росздравнадзора №01И-985/17 от 21.04.2017 о выявлении территориальным органом Росздравнадзора по Краснодарскому краю в обращении недоброкачественного медицинского изделия «Салфетки стерильные 16смх14см, 20 штук, двухслойные», дата изготовления 08.2015, производства ООО «НЬЮФАРМ», 155800, Россия, Ивановская область, Кинешемский район, г.Кинешма, ул.Шуйская, д.1, регистрационное удостоверение №ФСР 2011/11141 от 28.06.2011, срок действия не ограничен, в связи с несоответствием требованиям ГОСТ 16427-93 «Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия» и требованиям нормативной документации производителя, содержащейся в комплекте данной регистрационной документации, отзывает из обращения выше указанную продукцию для утилизации.

Контактные телефоны для обращения:

Телефон/факс: +7 (49331) 2-00-63, 3-70-12


Директор: Судаков Александр Юрьевич, доб. 102

Руководитель коммерческого отдела: Бобышева Наталия Юрьевна, доб. 109

Начальник отдела маркетинга: Баскакова Марина Александровна, доб. 108

С уважением,

Директор ООО «НЬЮФАРМ»



/А.Ю.Судаков/