



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации



2162361

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных органов  
Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

19.07.2017 № 014-1766/17

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об изъятии из обращения  
отдельных партий  
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.04.2013 № 196н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий», в связи с угрозой здоровью граждан при применении медицинского изделия и на основании экспертных заключений ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора от 28.07.2016 (в редакции от 02.09.2016) № 13/ГЗ-16-365/1Э-027 и от 30.05.2017 № 13/ГЗ-17-164Э-027, сообщает об изъятии из обращения отдельных партий медицинского изделия:

«Система для переливания крови одноразовая Vogt Medical», производства «Форт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09512 от 16.09.2011, LOT 140401 и LOT 150710.

Приказ Росздравнадзора от 19.07.2017 № 6475.

Руководитель

М.А. Мурашко



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

**ПРИКАЗ**

Москва

№ 6475


19 июля 2017

**О признании утратившим силу приказ Росздравнадзора  
и изъятии из обращения отдельных партий медицинского изделия**

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970 «Об утверждении положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.04.2013 № 196н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по контролю за обращением медицинских изделий», в связи с угрозой здоровью граждан при применении медицинского изделия и на основании экспертных заключений ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора от 28.07.2016 (в редакции от 02.09.2016) № 13/ГЗ-16-365/1Э-027 и от 30.05.2017 № 13/ГЗ-17-164Э-027, п р и к а з ы в а ю:

1. Признать утратившим силу приказ Росздравнадзора от 28.02.2017 № 1458 «О приостановлении применения медицинского изделия»;
2. Изъять из обращения отдельные партии медицинского изделия «Система для переливания крови одноразовая Vogt Medical», производства «Фогт Медикал Фертриб ГмбХ», Германия, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09512 от 16.09.2011, LOT 140401 и LOT 150710;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель



М.А. Мурашко