



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

18.08.2017 № 024-2057/17

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



2168146

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «АМТ трейд», производителя медицинского изделия «Соска-пустышка латексная «СПл-АМТт» ТУ 9398-006-53757884-2008, тип/модель: конструкция: традиционная форма латексного баллончика, выпуклая круглая шайба с кольцом и защитным колпачком, СОЛНЫШКО с кольцом», партия 22, Россия, 129272, Москва, ул. Трифоновская, д. 57, стр. 1, регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02635 от 04.12.2015, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. Приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 06.06.2017 № 01И-1336/17 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «АМТ трейд» по тел. 8 495 780 97 48 или электронной почте [amt.dir@yandex.ru](mailto:amt.dir@yandex.ru).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АМТ трейд»

г.Москва, 129110 ул.Щепкина, д.58, стр.3, этаж 2, пом. IV, ком. 1,2,4

тел./факс (495) 780-97-48

E-mail: amt.dir@yandex.ru

№ 63/17 « 29. 06. 2017

на вх.н 04-28512/17 от 06.06.2017

Субъектам обращения медицинских изделий

В исполнения письма Росздравнадзора № 04-28512/17 от 06.06.2017 ООО «АМТ трейд» просит изъять из оборота медицинское изделие «Соска-пустышка латексная «СПЛ-АМТт» ТУ 9398-006-53757884-2008, артикул 1416, партия 22, произведенного – ноябрь 2016 г., регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02635, признанного территориальным органом Росздравнадзора по Нижегородской области недоброкачественным и вернуть поставщику.

Генеральный директор



Пучков А.Ю.