



2168140

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации  
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

18.08.2017 № 024-2058/17

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «МиниМед», производителя медицинского изделия «Планшет для определения групп крови П-50 по ТУ 9464-020-29508133-2016», серия 02, производства ООО «МиниМед», 241520, Россия, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А, регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4183 от 02.06.2016, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. Приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 16.06.2017 № 01И-1435/17 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «МиниМед» по тел. 8 (4832)-92-97-97, 92-24-52 или электронной почте [info@minimed.ru](mailto:info@minimed.ru).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко



241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район,  
с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А  
Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62  
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32  
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

www.minimed.ru e-mail: info@minimed.ru

Р/с 40702810200047104303  
К/с 30101810700000000716  
ИНН 3234007127

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Тула г. Тула  
КПП 320701001 БИК 047003716  
ОГРН 1023202138332 ОКПО 29508133

Исх. №139 от 11.07.2017г.

**Субъектам обращения медицинских изделий  
Руководителям лечебно-профилактических учреждений  
Руководителям предприятий оптово-розничной торговли**

Уважаемый коллеги!

В ответ на информационное письмо №01и-1435/17 от 16.06.2017г. о выявлении в обращении недоброкачественного медицинского изделия «Планшет для определения групп крови П-50 по ТУ 9464-020-29508133-2016», серия 02, производства ООО «МиниМед», регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4183 от 02.06.2016, срок действия не ограничен, сообщаем следующее:

Изделие «Планшет для определения групп крови П-50 по ТУ 9464-020-29508133-2016», серия 02, производства ООО «МиниМед», изъято из оборота. Нереализованные партии товара подлежат возврату в адрес ООО «МиниМед», Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а. Все затраты, связанные с физическим возвратом указанного изделия ООО «МиниМед» берет на себя.

С уважением,  
Директор ООО «МиниМед»



Азбукин В.Р.