



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2180858

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

23.10.2017 № 014-2614/17

На № _____ от _____

Об отзыве и/или замене
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с поступившей информацией от производителя ООО «Полимерные изделия» сообщает об отзыве медицинского изделия «Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм площадочный ТУ 9398-176-44942795-2005», годен до 02.19, партия №2, производства ООО «Полимерные изделия», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07936 от 04.06.2010, действующее на момент производства (см. Приложение).


Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Полимерные изделия» по тел. +7 843 278-23-05, +7 843 278-22-77, e-mail: info@polimizd.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

от 23.10.2017 № 014-2614/97

Общество с ограниченной ответственностью
ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ№ 372/от «19» июля 2017 г.Субъектам обращения
медицинских изделий**Информационное письмо**


В связи с поступлением письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) от 06.07.2017г. № 04-33662/17 о необходимости принятия мер по устранению выявленного несоответствия в части наименования медицинского изделия «Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм площадочный» по ТУ 9398-176-44942795-2005, годен до 02.19, партия №2, сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении № ФСР 2010/07936 от 04.06.2010, срок действия не ограничен, производства ООО «Полимерные изделия», сообщаем следующее.

ООО «Полимерные изделия» принято решение об отзыве из обращения медицинского изделия «Пинцет полимерный одноразовый стерильный 125 мм площадочный» по ТУ 9398-176-44942795-2005, годен до 02.19, партия №2, сопровождаемого сведениями о регистрационном удостоверении № ФСР 2010/07936 от 04.06.2010, срок действия не ограничен для замены на изделия с надлежащей маркировкой.

ООО «Полимерные изделия» просит всех субъектов обращения медицинских изделий провести проверку наличия указанной партии медицинского изделия и в случае выявления осуществить его возврат в адрес ООО «Полимерные изделия» (420021, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, д.12), предварительно связавшись с сотрудниками нашей компании по контактному телефонам (843) 278-23-05, 278-22-77, факсу (843) 293-25-03 или e-mail: info@polimizd.ru.

Директор

Ахмадуллин Р.А.



Копия верна.
Директор
ООО «Полимерные изделия»



Ахмадуллин Р.А.