



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

25.10.2017 № 024-2684/17

На № _____ от _____

Во изменение информационного письма
Росздравнадзора от 06.10.2017 № 01И-2481/17



2180671

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения во изменение информационного письма Росздравнадзора от 06.10.2017 № 01И-2481/17 по результатам рассмотрения сведений, представленных уполномоченным представителем производителя, сообщает, что вышеуказанное информационное письмо распространяется на медицинское изделие «Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с принадлежностями, модель **UA-777**», серийный номер 51501 00278, производства «ЭЙ энд ДИ Компани Лимитед», Япония, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09642 от 11.05.2011.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко