



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2198413

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

15.01.2018 № 014-41/18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О внесении изменений в информационное  
письмо Росздравнадзора от 19.12.2017  
№ 01И-3160/17

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения во изменение информационного письма Росздравнадзора от 19.12.2017 № 01И-3160/17 в связи с технической ошибкой (при указании партии) просит считать верным следующее изложение первого абзаца:

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает о выявлении территориальным органом Росздравнадзора по Тамбовской области в обращении недоброкачественного медицинского изделия «Пробирка микроцентрифужная типа «Эппендорф», с делениями, ТУ 9464-015-29508133-2014», артикул 11005513, дата производства 05.2017, производства ООО «МиниМед», 241520, Россия, г. Брянск, село Супонево, ул. Шоссейная, д. 17А, регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2596 от 10.09.2015, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), не соответствующего требованиям технической документации производителя, содержащейся в комплекте данной регистрационной документации (см. приложение)».

Руководитель

М.А. Мурашко