



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2214951

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

03.04.2018 № 01И-473/18  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Авран ЛК», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Лейкопластырь фиксирующий медицинский на нетканой основе хлопчатобумажный гипоаллергенный», LOT 20170715, производства «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).


Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 28.02.2018 № 01И-473/18 «О приостановлении применения медицинского изделия».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «Авран ЛК» по тел.: 8 495 662-44-08, e-mail: info@leiko.ru, адресу: Москва, 109052, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



Субъектам обращения  
медицинских изделий

Исх № 13 от 13.03.2018  
На № 01и-473/18 от 28.02.2018



Об отзыве медицинского изделия

Компания ООО «Авран ЛК», 109052, г.Москва, ул.Нижегородская, д. 70, корп. 2, тел.: (495) 662-44-08, уполномоченный представитель производителя, сообщает об отзыве из обращения медицинского изделия «Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский, вариант исполнения: на нетканой основе, хлопчатобумажный, гипоаллергенный», размер 2,5 см × 500 см, партия номер 20170715, дата изготовления (упаковывания) 07.2017 г, использовать до 07.2022г, изготовитель «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.» КНР, регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/01442 от 27.04.2017, срок действия не ограничен.

Причина отзыва - информационное письмо Росздравнадзора № 01и-473/18 от 28.02.2018г. о приостановлении применения медицинского изделия.

При наличии складского остатка данной партии товара просьба осуществить возврат медицинского изделия. Если вы реализуете данную продукцию другим учреждениям, просьба проинформировать ваших покупателей о необходимости изъятия из обращения вышеуказанной партии товара. Возврат покупателем осуществляется в адрес ООО «Авран ЛК» и за его счет. Приносим извинения за причиненные неудобства.

Генеральный директор

ООО «Авран ЛК»

13 марта 2018 г.



Позняк В.А.