



2224172

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации  
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

**08 МАЙ 2018**

№

014-1147/18

На №

от

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от уполномоченного представителя производителя ООО «Вендорс» медицинского изделия «Перчатки медицинские смотровые, нитриловые СУПЕРМАКС Small», партия B704121090, Malaysia, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/02932 от 11.01.2009, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 28.02.2018 № 01И-469/18 «О приостановлении применения».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Вендорс» (Россия, Москва) по телефону: 8 (495) 792-31-91; 8 (800) 200-31-91.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

## Общество с ограниченной ответственностью «Вендорс»

Юридический адрес: 125362, г. Москва, ул. Свободы 35, стр. 5  
Фактический/почтовый адрес: 125362, г. Москва, ул. Свободы 35, стр. 5  
Тел.: 8 (495) 792-31-91  
ОГРН 1027739438033  
ИНН 7733088979 КПП 773301001

Исх. № 1903/18-2 от 19 марта 2018г.

### Субъектам обращения медицинских изделий

Общество с ограниченной ответственностью «Вендорс», являясь уполномоченным представителем компании Supermax Glove Manufacturing SDN.BHD на территории Российской Федерации, на основании экспертного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора от 25.12.2017 г. № 13/ГЗ-17-607Э-027, уведомляет об отзыве медицинского изделия «Перчатки медицинские смотровые, нитриловые Супермакс Small», партия № B704121090, произведено Supermax Glove Manufacturing SDN.BHD, Малайзия, дата производства 2017-01. Все реализованные и не использованные изделия данной партии, находящиеся в медицинских учреждениях, подлежат возврату с возмещением их стоимости и расходов по транспортировке.

Просим направлять информацию обо всех случаях выявления данного медицинского изделия на электронную почту [info@bahily.ru](mailto:info@bahily.ru). В сообщениях необходимо указывать:

- дату и место выявления медицинского изделия;
- количество выявленных изделий;
- фотографии маркировки потребительской и транспортной (при наличии) упаковок;
- контактные данные для обратной связи;

В случае возникновения вопросов у потребителей, просим обращаться в Отдел продаж ООО «Вендорс» по телефонам: 8 (495) 792-31-91; 8 (800) 200-31-91.

С уважением,

Генеральный директор ООО «Вендорс»



Аветисян Р.Э.