



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2219905

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

15.05.2018 № ОТЧ - 1241 / 18  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве и/или замене  
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с поступившей информацией от уполномоченного представителя производителя ООО «Корвэй» сообщает об отзыве медицинского изделия «Пробирка IMPROVACUTER® (вакуумная пробирка для взятия проб крови) с цитратом натрия (1:9) 3.8%, 2.7мл», цвет крышки голубой, размер Ø13x75мм, LOT B97007, кат.№ 632272112, производства «Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd.», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06624 от 24.03.2017, срок действия не ограничен (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 01.03.2018 № 01И-505/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Корвэй» по тел. +7 812 677 06 06.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



ООО «Корвэй» ИНН 7813133345 ОГРН 1027806871454

Головной офис в Санкт-Петербурге:

197110, ул. Большая Зеленин, д. 8, к. 2, офис 47Н

Тел./факс: (812) 677-06-06

Обособленное подразделение в Москве:

125445, Москва, ул. Смольная, д. 24а, офис 1011

Тел./факс: (495) 989-86-90

www.corway.ru info@corway.ru

### Дополнение

к Исх. № 17160 от «27» марта 2018 г.

Субъектам обращения медицинских изделий.

Медицинским организациям

### Информационное письмо о проведении коррекционных мероприятий


ООО «Корвэй» сообщает, что Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) была проведена экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий: «Пробирка IMPROVACUTER®, (вакуумная пробирка для взятия крови) с цитратом натрия (1:9) 3,8 %, 2,7мл, цвет крышки голубой, размер 13×75 мм», LOT B97007, кат. № 632272112, производства «Guangzhou Improve Medical Instruments Co. Ltd.», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06624 от 24.03.2017, срок действия не ограничен и выявлены нарушения.

В связи с этим, ООО «Корвэй» просит проверить складские остатки на наличие данных лотов.

В случае обнаружения данных изделий просим:

- 1) Незамедлительно сообщить в ООО «Корвэй» и изъять из оборота.
- 2) Осуществить возврат данной продукции в адрес ООО «Корвэй» для утилизации.

Генеральный директор ООО «Корвэй»



/Линд В.А.

Исполнитель: Федоренко Полина Сергеевна (812) 677-06-06, доб. 111, polina@corway.ru