



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2227713

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

29.05.2018 № 01И-1334/18

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Авран ЛК», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) бактерицидный на тканой основе, гипоаллергенный 2,5 см х 7,2 см», партия 20170430, REF 213276, производства «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01495 от 12.04.2017 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 28.04.2018 № 01И-1068/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».


Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю в ООО «Авран ЛК» по тел. +7(495)662-44-08, e-mail: info@leiko.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

Приложение к письму Росздравнадзора
от 29.05.2018 № От-1334/18.



Субъектам обращения
медицинских изделий

Исх № 22 от 07.05.2018

На № 01и-1068/18 от 28.04.2018

Об отзыве медицинского изделия

Компания ООО «Авран ЛК», 109052, г.Москва, ул.Нижегородская, д. 70, корп. 2, тел.: (495) 662-44-08, уполномоченный представитель производителя, сообщает об отзыве из обращения медицинского изделия «Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) бактерицидный на тканой основе, гипоаллергенный, размер 2,5 см × 7,2 см, белого цвета», партия номер 20170430, артикул 213276 дата изготовления (упаковывания) 04.2017 г, использовать до 04.2022г, изготовитель «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.» КНР, регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/01495 от 12.04.2017г.

Причина отзыва - информационное письмо Росздравнадзора № 01и-1068/18 от 28.04.2018г. о недоброкачественном медицинском изделии.

При наличии складского остатка данной партии товара просьба осуществить возврат медицинского изделия. Если вы реализуете данную продукцию другим учреждениям, просьба проинформировать ваших покупателей о необходимости изъятия из обращения вышеуказанной партии товара. Возврат покупателем осуществляется в адрес ООО «Авран ЛК» и за его счет. Приносим извинения за причиненные неудобства.

Генеральный директор

ООО «Авран ЛК»

07 мая 2018 г.



Позняк В.А.