



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

04.06.2018 № ОЗи-1398/18

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия



2227929

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ЗАО «Мастерица», производителя медицинского изделия «Маска 3-хслойная на резинке за уши 100 шт/уп из комплекта одежды хирурга ТУ 9398-004-34357587-2008», дата производства 2016, производства ЗАО «Мастерица», Россия, 190020, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.35, регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03124, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю в ЗАО «Мастерица» по тел. +7(812)575-42-70.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Врио руководителя

И.Ф. Серёгина

Приложение к письму Росздравнадзора
от 04.06.2018 № ОЗУ-1398/18.



ЗАО «Мастерица»

190020, Россия, Санкт-Петербург, ул. Курляндская,
д.35, лит. К, пом. 1 тел/факс 378-48-01
ИНН 7809022314 КПП 783901001
Р/с 40702 810 922 030 000 609
Филиал Ст.-Петербургская Дирекция ПАО «Уралсиб» в
Санкт-Петербурге
К/с 301 018 108 000 000 00 706
БИК 044030706 ОКПО 34357587
zakaz@arealgeo.com

ООО «Мастер»

190020, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Курляндская, д.35, лит. Г, пом. 1, тел.633-04-55
ОГРН 1117847318907
ИНН: 7839447850 КПП: 783901001
Р/С: 407 028 104 060 000 000 18
Ст.-Петербургский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»
г. Санкт-Петербург,
К/С: 301 018 100 000 000 00 920 БИК: 044030920
ОКПО: 92051175
zakaz@arealgeo.com

От 16.04.2018

№ б/н

Всем заинтересованным лицам

Информационное письмо

Просим изделие с этикеткой «Маска 3-хслойная на резинке за уши 100шт» нестерильная произведённое 2016г по ТУ 9398-004-34357587-2008 с отсутствием в маркировке (этикетке) даты РУ и номера партии (серии) отозвать из обращения. За дополнительной информацией обращается к производителю.

Генеральный директор ЗАО «Мастерица» Эпельштейн Ю.В.


16 апреля 2018 года



(Подпись)

Генеральный директор ООО «Мастер» Эпельштейн Д.Ю.

16 апреля 2018 года



(Подпись)

