



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2227701

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

29.05.2018 № 01И-1332/18

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от уполномоченного представителя производителя ООО «Альба Медикал» медицинского изделия «Катетер медицинский аспирационный, с вакуум контролем 53 см с рентгеноконтрастной полосой», LOT 20170106, производства «Alba Healthcare LLC», USA, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/01280 от 21.03.2008, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 24.01.2018 № 01И-172/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Альба Медикал» по тел. (495) 995-10-71, факс (499) 251-44-55 и по ел. почте ulyanova@albamedical.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

ООО «Альба Медикал»

125047, г. Москва, 1-ая Тверская Ямская дом 25 стр.1
тел.(495) 995-10-71, факс (499) 251-44-55
ОГРН 1157746635958, ИНН 7710499316, КПП 771001001
Московский РФ АО «Россельхозбанк» г. Москва,
р/с 40702810863250000133,
к/с 30101810045250000430, БИК 044525430

Исх: 319 от 11.04.2018


Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
(РОСЗДРАВНАДЗОР)
Субъектам рынка медицинских изделий

Информационное письмо.

Alba Healthcare LLC., производитель медицинских расходных материалов, постоянно заботится о качестве и правильном применении товаров, поставляемых клиентам. Настоящим письмом уведомляем участников рынка медицинских изделий, что поставленные на рынок РФ Катетеры медицинские аспирационные, с вакуум контролем 53 см, с рентгенконтрастной полосой артикул FE1023, LOT20170106 пр-ва Alba Healthcare LLC, США РУ №ФСЗ 2008/01280 от 16.02.2017 подлежат возврату на склад организации, уполномоченной для принятия претензий: ООО «Альба Медикал». По всем связанным с этим вопросам просим обращаться по адресу: 125047, г. Москва, 1-ая Тверская Ямская дом 25 стр.1, тел.(495) 995-10-71, факс (499) 251-44-55 и по эл. почте ulyanova@albamedical.ru

Прошу данную информацию донести до всех заинтересованных лиц.

С уважением, генеральный директор



Рындук А.Е.