



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2228463

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

18.06.2018 № 01И-1489/18
На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Полимерные изделия», производителя медицинского изделия «Пинцет полимерный одноразовый стерильный 200 мм, ТУ 9398-176-44942795-2005», партия 8, производства ООО «Полимерные изделия», Россия, 420021, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, д. 12, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07936 от 04.06.2010 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 27.04.2018 № 01И-1029/18 «О приостановлении применения медицинского изделия».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Полимерные изделия» по тел. (843) 278-23-05, (843) 278-22-77, по факсу (843) 278-25-03, по e-mail: info@polimizd.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

Приложение к письму Росздравнадзора
от 18.06.2018 № 018-1489/18.



Общество с ограниченной ответственностью
ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

№ 216 от «11» мая 2018 г.

Субъектам обращения
медицинских изделий

Информационное письмо

В связи с опубликованием 04.05.2018 12:44:48 на официальном сайте Росздравнадзора информационного письма «О приостановлении применения медицинского изделия» от 27.04.2018 № 01И-1029/18, которое касалось медицинского изделия «Пинцет полимерный одноразовый стерильный 200 мм» по ТУ 9398-176-44942795-2005, партия 8, использовать до 08.2019, производства ООО «Полимерные изделия», Россия, регистрационное удостоверение ФСР 2010/07936 от 04.06.2010, сообщаем следующее.

ООО «Полимерные изделия» принято решение об отзыве из обращения медицинского изделия «Пинцет полимерный одноразовый стерильный 200» по ТУ 9398-176-44942795-2005, партия 8, использовать до 08.2019, производства ООО «Полимерные изделия», Россия, регистрационное удостоверение ФСР 2010/07936 от 04.06.2010.

ООО «Полимерные изделия» просит всех субъектов обращения медицинских изделий провести проверку наличия указанной партии медицинского изделия и в случае выявления осуществить его возврат в адрес ООО «Полимерные изделия» (420021, г. Казань, ул. Салиха Сайдашева, д.12), предварительно связавшись с сотрудниками нашей компании по контактному телефону (843) 278-23-05, 278-22-77, факсу (843) 293-25-03 или e-mail: info@polimizd.ru.

Директор

Ахмадуллин Р.А.