



**МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)**

Орликов пер., д. 1/11, Москва, 107139
для телеграмм: Москва 84 Россельхознадзор
факс : (495)607-51-11, тел.: (499) 975-43-47
E-mail: info@svfk.mcx.ru
<http://www.fsvfk.ru>

22.06.2018 № РС-НВ-2/15464

На № _____ от _____

№/Н/ 936 от 29.06.18

Руководителям
территориальных управлений
Россельхознадзора
(по списку)

Копия: Председателю Государственного
комитета ветеринарии
Республики Крым

В.В. Иванову

295034, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 5а,
e-mail: vetmedark@mail.ru

Директору Департамента сельского
хозяйства г. Севастополя

Д.С. Чумакову

299045, г. Севастополь,
ул. Репина, д. 18
e-mail: depctxsev@sev.gov.ru

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает.

На основании пункта 67 Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 № 149 (зарегистрирован Минюстом России 16.10.2013 регистрационный № 30201), в связи с подтверждением качества лекарственного препарата «Сультеприм» (серия 120517, срок годности 05.2019) производства ООО «НПФ «ВИК», Белгородская область установленным требованиям, Россельхознадзором принято решение о возобновлении обращения указанной серии лекарственного препарата «Сультеприм» до истечения срока годности.

И.о. Руководителя

Н.А. Власов


А.Е. Бабушкина 495-607 89 36

СЭД-01-04-1015

29.06.2018

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Начальник О



ИЗВЕРЖДАК
ИСТОШЕЕВ

№ 6/н

«15» мая 2018 г.

Наименование продукции: Сультеприм®, 1000 г

Изготовитель: ООО «НПФ ВИК»

Обозначение документа на продукцию: ТУ 9347-006-47611900-2015, изм.1,2

Номер серии: 120517

Объем серии: 1080 уп.

Обозначение документа на методы испытаний: ТУ 9347-006-47611900-2015, изм.1,2

Дата отбора проб: 11.05.2018

Дата изготовления: 23.05.2017

Срок годности: 05.2019

Дата проведения испытаний: **«11-15» мая 2018 г.**

Условия проведения испытаний: температура воздуха 22,3°C, относительная влажность воздуха 43,8 %.

ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование оборудования, средств измерений	Заводской номер	Номер документа о поверке (аттестации)	Срок действия поверки (аттестации) действительно
1.	Весы электронные	B334696328	Свидетельство о поверке № СП-041871	03.08.2018
2.	Весы электронные	29506834	Свидетельство о поверке № СП-041872	03.08.2018
3.	Хроматограф жидкостный Waters Alliance	F15998662A	Свидетельство о поверке № СП-072312	01.02.2019
4.	Прибор комбинированный Testo-608-H1	41386762	Свидетельство о поверке № СП-066092	08.11.2018

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, единицы измерения	Обозначение документа, устанавливающего метод испытаний	Нормированное значение показателей, установленных в документе	Фактическое значение показателей для каждого образца	Вывод о соответствии
Содержание окситетрациклина гидрохлорида, %	ТУ 9347-006-47611900-2015, изм.1,2	4,5 – 5,5	4,7	Соответствует
Содержание сульфаметоксазола, %	ТУ 9347-006-47611900-2015, изм.1,2	9,0 – 11,0	10,1	Соответствует
Содержание триметоприма, %	ТУ 9347-006-47611900-2015, изм.1,2	1,8 – 2,2	2,0	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ:

Образец	Сультеприм®	Испытания выдержал
Испытанный на соответствие требованиям:	По исследованным показателям	

Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец

Протокол испытаний составил и сделал заключение

и.о. заведующего КАНЛ
(должность)

С. Киселёв
(подпись)

Зомова С.В.
(ФИО)

ООО «ОЛФАРМ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А; тел./факс: +7 (499) 611-40-36
Аккредитована Федеральной службой по аккредитации
для проведения работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ФЛ10 от 08 октября 2014 г.
Лицензия на выполнение работ с микроорганизмами 3-4 группы патогенности
№ 77.01.13.001.Л.000142.04.09 от 30 апреля 2009 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3939 от 29 мая 2018 г.

Наименование: Сультеприм, порошок для орального применения
Серия: 120517
Производитель: ООО «НПФ ВИК», Россия
Заказчик: ООО «НПФ ВИК», Белгородская обл., Белгородский р-н,
пгт. Северный, ул. Березовая, зд. 1/16

Количество и состояние образцов при поступлении: 1 пакет (10 г)
Дата производства: 05.2017 **Срок годности:** 05.2019
Акт отбора образцов: Образцы предоставлены заказчиком
Основание для проведения испытаний: Заявка № 1 от 18.05.2018 г.
Договор № И18-0023 от 17.05.2018 г.
Нормативный документ: ТУ 9347-006-47611900-2015

Показатель	Требования НД	Результаты испытания
Содержание триметоприма	От 1,8 до 2,2%	1,93%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

*Исследованный образец соответствует требованиям
нормативной документации по проверенному показателю*

Результаты проведенных испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Не допускается частичная или полная перепечатка Протокола испытаний без разрешения Испытательной лаборатории.
Не допускается частичное копирование Протокола испытаний.

И.О.руководителя отдела физико-
химических методов анализа
Руководитель
испытательной лаборатории



[Signature]
[Signature]

Федорова Л.Д.

Трутнева Е.В.