



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; 698 46 11

30.05.2013 № 164 - 565/13

На № _____ от _____

Субъектам обращения
медицинских изделий

Территориальным органам
Росздравнадзора по субъектам
Российской Федерации

Об отзыве медицинских изделий

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает, что компания-производитель «Becton Dickinson and Company» (BD) осуществляет отзыв из обращения следующих медицинских изделий:

-шприц Plastipak 50 мл (каталожный номер 300865, перечень отзываемых лотов см. Приложение 1);

-шприц Plastipak Amber 50 мл (каталожный номер 300869, перечень отзываемых лотов см. Приложение 2),

регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/08974 от 03.02.2011, в связи с нарушением работы шприцевых насосов при совместном использовании.

В случае необходимости предоставления дополнительной информации и/или документов обращайтесь в компанию-производитель к начальнику отдела регистрации и сертификации Мазуровой Н.В. по тел: +7495 775 85 82 или по электронной почте: Natalia_MAZUROVA@europe.bd.com.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предлагает субъектам обращения медицинской продукции провести проверку наличия в обращении указанных изделий, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению обращения указанных изделий на территории Российской Федерации и о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.

Территориальным органам Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации провести мероприятия в соответствии с порядком, предусмотренным Административным регламентом Росздравнадзора по исполнению государственной функции по контролю за производством, оборотом и использованием изделий медицинского назначения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 08.09.2011 №1027н (регистрация Минюста России от 28.11.2011 №22408), согласно требованиям Положения о государственном контроле за обращением медицинских изделий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 № 970.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Врио руководителя

М.А. Мурашко

Перечень отзываеваемых лотов каталожного номера 300865

805214
805217
805217
806236
806263
806263
806273
806273
807215
810215
810215
810218
810229
810229
812258
906231
908245
908245
909254
909254
911276
911276
1001281
1001281
1003243

1003243
1004215
1004215
1004283
1005281
1005281
1007274
1010226
1010263
1010263
1012265
1102201
1103273
1103273
1103296
1103296
1104226
1104248
1104282
1104282
1105265
1105265
1105282
1106242
1107302
1107302
1109225
1109225
1109251
1110250
1110250
1110276
1110276
1112242
1112242
1201203
1201203
1202280
1202280

Перечень отзываеваемых лотов каталожного номера 300869

805289
805289
805289
809214
901228
903295
903295
905213
911286
1002224
1003221
1006227
1006227
1006227
1105274
1111218
1201215
1201215