



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

04.07.2018 № 01И-1670/18

На № _____ от _____

Об отзыве
медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в связи с обращением ООО «ТД «АППОЛО» сообщает об отзыве медицинского изделия «Салфетки марлевые медицинские, стерильные, двухслойные, ГОСТ 16427-93, №5, 45 см х 29 см», дата производства/стерилизации 07.2016, производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05213 от 24.09.2009, срок действия не ограничен (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 11.05.2018 № 01И-1216/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

В случае необходимости получения дополнительной информации обращаться по адресам и контактам, указанным в приложении настоящего письма.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



Общество с ограниченной ответственностью
«ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО»
111123, Россия, г. Москва,
Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.20
Тел./факс: (495)380-21-47, 215-08-13
provizor@appolo.ru
www.appolo.ru
ОКПО 42965160, ОГРН 1027700106983,
ИНН 7709203405, КПП 772001001

Руководителю
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения
Мурашко М.А.

04.06.2018 г. № 05-14/115

Добровольный отзыв

ООО «ТД «АППОЛО» уведомляет о добровольном отзыве

Наименование	Салфетки марлевые медицинские, стерильные, двухслойные, ГОСТ 16427-93, № 5, 45 смx29 см
Назначение	перевязочное средство
Дата производства	07.2016
Наименование производителя	ООО «ТД «АППОЛО»
Потенциальная опасность и связанный с этим риск	не жизненно важное
Угроза жизни	отсутствует
Угроза здоровью	отсутствует
Безопасность медицинского изделия	подтверждена
Меры, которые следует предпринять потребителям самостоятельно	вернуть данную партию изделия производителю
Контакты для потребителей Номера телефонов и электронная почта для получения дополнительной информации и приема жалоб потребителя	тел. +7(495)380 21 47, +7(495) 215 08 13 info@appolo.ru
Основания	Письмо Росздравнадзора от 11.05.2018 № 014-1216/18 о недоброкачественном медицинском изделии

Генеральный директор



А.Н. Пинцуров

Исполнитель
Штремплер Н.Г
+7495 380 21 47 доп.111