



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации  
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

27.08.2018 № 024-2061/18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия



Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Биосенсор АН», производителя медицинского изделия «Уриглюк-1 полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче, визуальный диапазон 0,0-112,0 ммоль/л по ТУ 9398-001-45677786-2010», серия № 1217, годен до 12.2019, производства ООО «Биосенсор АН», Россия, 142432, Московская область, Ногинский район, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11001 от 23.10.2013, (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 11.05.2018 № 01И-1219/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителю в ООО «Биосенсор АН» по тел. +7 (496) 522-81-90, +7 (496) 522-84-90 по e-mail: info@biosensoran.ru

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко

Приложение к письму Росздравнадзора  
от 27.08.2018 № 024 - 1061/18

**Общество**

с ограниченной ответственностью

**“БИОСЕНСОР АН”**

ИНН 5031031505 КПП 503101001  
р/с 40702810440020008403

Среднерусский банк, г. Москва  
ОАО «Сбербанк России», г. Москва  
ОКПО 45677786, БИК 044525225

К/с 30101810400000000225

Адрес: РФ, 142432, Московская область,  
г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4

Тел.: (496) 522-81-90, 522-84-90

Факс: (496) 522-81-90, 522-84-90

Web: [www.biosensoran.ru](http://www.biosensoran.ru)

E mail: [info@biosensoran.ru](mailto:info@biosensoran.ru)

**Всем заинтересованным  
лицам**

Исх. № 2505/2018-4 от 25.05.2018 г.

На № 01u-1219/18 от 28.04.2018 г.

В отношении письма Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № 01u-1219/18 от 28.04.2018 г. на медицинское изделие - Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче «Уриглюк-1» по ТУ 9398-001-45677786-2010, производства ООО «Биосенсор АН», сообщаем следующие:

- приведено в соответствие оборудование для точной фасовки полосок индикаторных;
- в инструкцию по применению исправлена информация по дате ее утверждения;
- отзыв серии № 1217 годен до 12.2019г. Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче «Уриглюк-1», будет осуществляться до конца срока годности серии за счет средств производителя.

Более подробная информация размещена на нашем сайте:

[http://www.biosensoran.ru/ug\\_1217.htm](http://www.biosensoran.ru/ug_1217.htm)

По всем вопросам обращайтесь по тел: +7 (496) 522-81-90, +7 (496) 522-84-90.

эл. почта: [info@biosensoran.ru](mailto:info@biosensoran.ru)

Приложение: - письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 01u-1219/18 от 11.05.2018 г.

Директор  
ООО «Биосенсор АН»  
Гвоздев Алексей Рудольфович

