



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

02.10.2018 № 01И-2343 / 18

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", уполномоченного представителя производителя на территории Российской Федерации, сообщает об отзыве медицинского изделия «Трубки для катетеризации, анестезиологии и реанимации НУТРИТЕК Зонд питательный назогастральный, Fr8, длина 400(±10) мм», REF 3111008, партия 20170530, производства "Нанкин Хун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.", КНР, регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016, срок действия не ограничен (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 13.08.2018 №01И-1972/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ЗАО "МЕДИТЕК "Знамя Труда", по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А, оф. 715, тел.: 8 (812) 622 10 15, адреса электронной почты: info@meditecz.ru.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А.Мурашко

Приложение к письму Росздравнадзора
от 02.10.2018 № О-14-2343/18



Закрытое Акционерное Общество «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

Россия, 195027, город Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская д. 11, Лит. А.
e-mail: info@meditecz.ru www.meditecz.ru
Тел. +7 (812) 622 10 15
р/с 40702810210000006804 в Филиал Оперу ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
БИК 044030704 к/с 30101810200000000704
ИНН 7806410284 КПП 780601001

Исх. № ~~83~~ /от 05.09.2018г

Кому:

Всем заинтересованным лицам

Информационное письмо

Настоящим письмом информируем, импортируемое нами медицинское изделие «Трубки для катетеризации, анестезиологии и реанимации НУТРИТЕК Зонд питательный назогастральный, Fr8, длина 400(+/-10мм)» производства «НанкинХун Ань Медикал Эплайнс Ко., Лтд.», КНР, Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4105 от 17.05.2016г. REF 3111008, партия **20170530**, изъято из торгового оборота на основании Письма Росздравнадзора №10 - 36557/18 от 13.08.2018г., и подлежит возврату Поставщику данного товара.

С уважением,
Генеральный директор



Крупницкий Д.Е.