



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2259986

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

22.10.2018 № 014-2469/18

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Медицинские Бизнес Технологии», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Certus. Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали», размер: 24, партия: 170838, дата производства 08.2017, годен до 08.2022, производства «Хуайинь Медикл Инструментс Ко.», КНР, регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5689 от 24.04.2017 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 11.07.2018 № 01И-1719/18 «О приостановлении медицинского изделия».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «Медицинские Бизнес Технологии» по тел.: (812)-928-53-51

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

Приложение к письму Росздравнадзора от

22.10.2018

№

ОИ-2469/18.

Общество с ограниченной ответственностью  
**«Медицинские Бизнес Технологии»**

Адрес 195427 г. Санкт-Петербург, пр-кт Тихорецкий, дом 25, корпус 2, кв. 81 тел:8-911-928-53-51

ИНН 7804541115, КПП 780401001, ОГРН 1147847324998

Счёт получателя: 40702 810 8 9009 0000631 в ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Кор. счёт: 30101 810 9 0000 0000790, БИК: 044030790

Субъектам обращения медицинских изделий

Исх 1-27 от 27.09.2018

Настоящим письмом ООО «Медицинские Бизнес Технологии» сообщает о добровольном отзыве медицинского изделия «Certus. Скальпель хирургический стерильный одноразовый. Пластиковая ручка. Лезвие из углеродистой стали», размер: 24, партия: 170838, дата производства: 08.2017, годен до 08.2022, производства Хуайинь Медикл Инструментс Ко.Лтд., КНР, регистрационное удостоверение от 24.04.2017 №РЗН 2017/5689 из оборота с территории Российской Федерации.

По вопросам возврата отозванных изделий просим обращаться в адрес уполномоченного представителя производителя ООО «Медицинские Бизнес Технологии» (812) 928-53-51

Генеральный директор

ООО «Медицинские расходные материалы»



П.А. Смирнов