



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

07.12.2018 № ОИЧ - 2920/18

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Пластырь медицинский фиксирующий Круподерм, 10x20см», партия 10200317, производства «ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд», Китай, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07988 от 04.06.2013 (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 02.11.2018 № 01И-2606/18 «О приостановлении применения медицинского изделия».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ЗАО «МЕДИТЕК «Знамя Труда» по e-mail: info@mediteczt.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



Закрытое Акционерное Общество «МЕДИТЕК «Знамя Труда»

Россия, 195027, город Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская д. 11, Лит. А.
e-mail: info@meditecz.ru www.meditecz.ru
Тел. +7 (812) 622 10 15
р/с 40702810210000006804 в Филиал Оперу ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
БИК 044030704 к/с 30101810200000000704
ИНН 7806410284 КПП 780601001

Исх. № 222 от 16.11.2018г

Кому:

Всем заинтересованным лицам

Информационное письмо.

Настоящим письмом информируем, импортируемое нами медицинское изделие пластырь медицинский фиксирующий, Вариант исполнения Круподерм 10x20 см (+/- 10%) REF 801015 серия номер 10200317, дата производства март 2017, производства «ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.», Китай, импортируется на основании наличия Регистрационного удостоверения № ФСЗ 2010/07988 от 04.06.2013г. срок действия не ограничен, изъято из торгового оборота на основании Письма Росздравнадзора №01м - 2606/18 от 02.11.2018г, и подлежит возврату Поставщику данного товара.

С уважением,
Генеральный директор



Крупницкий Д.Е.