



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2270785

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

20 ФЕВ 2019 № 01И-507/19
На № _____ от _____
Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «МиниМедПром», производителя медицинского изделия «Пипетка прямая стеклянная (типа САЛИ) ППС-01-20, (20±0,3 мкл), ТУ 9464-013-52876351-2014», серия 4, дата производства апрель 2018, производства ООО «МиниМедПром», Россия. 242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5, регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4740 от 29.05.2017, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 07.12.2018 № 01И-2930/18 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю в ООО «МиниМедПром», по тел./факс (48333) 3-44-05; (48333) 3-27-02; e-mail: Minimedprom@yandex.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



241520, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район,
с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А
Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

www.minimed.ru e-mail: info@minimed.ru

Р/с 40702810200047104303
К/с 30101810700000000716
ИНН 3234007127

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Туле г. Тула
КПП 320701001 БИК 047003716
ОГРН 1023202138332 ОКПО 29508133

Исх. №367 от 11.12.2018г.

Субъектам обращения медицинских изделий
Руководителям лечебно-профилактических учреждений
Руководителям предприятий оптово-розничной торговли

Уважаемый коллеги!

В ответ на информационное письмо №01и-2930/18 от 07.12.2018г. о выявлении в обращении недоброкачественного медицинского изделия «Пипетка прямая стеклянная (типа САЛИ) ППС-01-20, (20±0,3 мкл), ТУ 9464-013-52876351-2014», серия 4, дата производства: апрель 2018, производства ООО «МиниМедПром», Россия, 242600, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Ленина, д. 182, корп. 5, регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4740 от 29.05.2017, сообщаем следующее:

Изделие «Пипетка прямая стеклянная (типа САЛИ) ППС-01-20, (20±0,3 мкл), ТУ 9464-013-52876351-2014», серия 4, дата производства: апрель 2018 изъято из оборота. Нереализованные партии товара подлежат возврату в адрес ООО «МиниМед», Россия, 241520, Брянская область, Брянский район, с.Супонево, ул.Шоссейная, 17а. Все затраты, связанные с физическим возвратом указанного изделия ООО «МиниМед» берет на себя.

С уважением,
Директор ООО «МиниМед»



Азбукин В.Р.