



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

18.04.2019 № 014-1071/19

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «СЛУЖБА КРОВИ», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Ланцеты однократного применения стерильные Naemolance Plus Normal Flow 21 G 1.8 mm», партия X44C725F6, производства «HTL-STREFA S.A.», Польша, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03782 от 10.02.2009, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «СЛУЖБА КРОВИ», по тел.: 8(495)987-20-87, по электронной почте: slkr@yandex.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

Приложение к письму Росздравнадзора
от 18.04.2019 № 014-1071/19



ООО «СЛУЖБА КРОВИ»

Р/с 40702810700001450893 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва,
к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
ИНН 7743068516 / КПП 772401001, 117405, г. Москва, ул.
Дорожная, д. 60, корп. Б
Тел/факс: (495) 987-20-87; e-mail: slkr@vandex.ru, www.slkr.ru

Приложение № 2
ООО «СЛУЖБА КРОВИ»
от 21.03.2019г. № 21/03

[Субъектам обращения
медицинских изделий]

Информационное письмо
о проведении коррекционных мероприятий

ООО «СЛУЖБА КРОВИ» является уполномоченным представителем компании «HTL-STREFA S.A.», (ХТЛ-СТРЕФА Акционерная компания, Польша), производителя МИ «Ланцеты однократного применения стерильные Haemolance Plus», Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03782 от 10.02.2009г.

Информируем Вас об отзыве из обращения медицинского изделия «Ланцеты однократного применения стерильные Haemolance Plus», модель **Normal Flow 21G 1.8 mm**, партия **X44C725F6** для устранения выявленных нарушений относительно маркировки медицинского изделия на основании результата экспертизы № 13/ГЗ-18-7149-027 от 12.09.2018г.

Просим предпринять следующие действия:

1. Провести проверку наличия медицинского изделия «Ланцеты однократного применения стерильные Haemolance Plus», модель **Normal Flow 21G 1.8 mm**, партия **X44C725F6**;
2. В случае наличия вышеуказанного МИ данной партии, обращаться к уполномоченному представителю ООО «СЛУЖБА КРОВИ» по тел. **8(495)987-20-87** или по электронной почте slkr@vandex.ru, для решения вопроса о доставке МИ данной партии к месту устранения нарушения и последующего его возврата приобретателям.

Генеральный директор
ООО «МК «Новые технологии»

Куриосова Наталья Викторовна