



Министерство здравоохранения
Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

02.07.2019 № 024-1619/19
На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Архимед+», производителя медицинского изделия «Эпидемиологические опасные отходы Класс «Б». Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов, ТУ 9398-001-82341676-2009», партия 020423/18, производства ООО «Архимед+», Россия, регистрационное удостоверение № ФСР 2009/05967 от 05.11.2009, срок действия неограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 12.03.2019 № 01И-707/19 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю ООО «Архимед+» тел (843)-240-85-58.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Врио руководителя

Д.В. Пархоменко



ООО "АРХИМЕД+"

420049, г. Казань, ул. С. Партийская, 121-10; ИНН 1639075881/ 163901001, р/с 40702810900000004425
в АО «НК Бник» г. Казань, к/с 30101810900000000767, БИК 049209767,
Тел. (843) 240-85-58

Иск № 55 от 04.06.2019 г.

Руководителям организаций

Информационное письмо

ООО «Архимед+» сообщает об отзыве медицинского изделия - пакета, полиэтиленовых одноразовых для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «Б» ТУ 9398-001-82341676-2009 партия 020423/18, дата производства 02.04.2018 г. В связи с этим сообщаем, что медицинские изделия указанной партии приостанавливаются в обращении, отзываются, и обмениваются на аналогичные. Расходы по возврату и замене изделий производятся за счёт ООО «Архимед+»



Директор ООО «Архимед+»

Ашихмин С.Г.