



Министерство здравоохранения  
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2311841

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

10.07.2019 № 01И-1690/19  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от производителя АО «РКЦ «Прогресс» медицинских изделий: «Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный 10Б «Луер» ШИ-«Прогресс» ТУ 9398-093-43892776-2005, 10 ml, игла 0,8x40, партия 500, использовать до 03.23, производства АО «РКЦ «Прогресс», 443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18, сопровождаемого регистрационным удостоверением № ФСР 2010/08648 от 11.08.2015, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 21.05.2019 № 01И-1296/19 «О недоброкачественном медицинском изделии».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к производителю АО «РКЦ «Прогресс» по e-mail: [zhadyaev.na@samspace.ru](mailto:zhadyaev.na@samspace.ru), тел. 8 (846) 228-65-76.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРОГРЕСС»  
(АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»)**



ул. Земеца, д.18, г. Самара, 443009, тел. (846) 955-13-61, факс (846) 992-65-18, E-mail: mail@samspace.ru  
ОКПО 43892776, ИНН 6312139922, КПП 997450001

07.06.2019 № 188/0053

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Субъектам обращения мед. изделий  
В Федеральную службу по надзору в  
сфере здравоохранения

109074, г. Москва, Славянская  
площадь, д. 4, стр. 1

**Уведомление об отзыве медицинского изделия.**

Настоящим уведомляем, что в соответствии с письмом Росздравнадзора от 21.05.2019 исх. № 04-23579/19 о необходимости принятия мер на основании отрицательного заключения по результатам экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия «Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный 10Б «Луер» ШИ-«Прогресс» ТУ 9398-093-43892776-2005, 10ml, игла 0,8x40, партия 500, срок годности 03.23, производства АО «РКЦ «Прогресс», Россия, 443009, г. Самара, ул. Земеца, д.18, сопровождаемого регистрационным удостоверением № ФСР 2010/08648 от 11.08.2015, принято решение отозвать из обращения шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные «ШИ-Прогресс» 10Б с иглой 0,8x40 мм, партия 500, срок годности до 03.23, ТУ 9398-093-43892776-2005, производства АО «РКЦ «Прогресс».

После получения настоящего уведомления АО «РКЦ «Прогресс» просит вас прекратить использование данной продукции, установить ее точное имеющееся количество и сообщить в наш адрес.

По вашему обращению шприцы будут заменены на продукцию, соответствующую требованиям нормативной документации.

По вопросам замены обращаться к помощнику заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Жадяеву Николаю Алексеевичу (e-mail: [zhadyaev.na@samspace.ru](mailto:zhadyaev.na@samspace.ru), тел. (846) 228-65-76).

С уважением,

*И* Первый заместитель генерального директора –  
главный инженер

А.В. Кочетков

Исп.: И.Ю. Москалева , 2953 , т. (846) 228-65-42