



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74



2317710

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

03.09.2019 № 01И-2142/19

На № _____ от _____

Об отзыве медицинского изделия

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от ООО «Юникорнмед», уполномоченного представителя производителя медицинского изделия «Салфетки медицинские проспиртованные Soyuz 30x65мм Стерильно не токсично внутри, Арт. СП01-11», LOT 20180410, производства "Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплайенс Ко., Лтд.", Китай, регистрационное удостоверение от 24.02.2014 № ФСЗ 2009/04575, срок действия не ограничен (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 06.08.2019 № 01И-1900/19 «О приостановлении применения медицинского изделия».

Для получения дополнительной информации следует обращаться к уполномоченному представителю производителя ООО «Юникорнмед» по тел: +7 (812) 702-33-04.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЮНИКОРНМЕД»

ИНН 7811476788 КПП 781101001, ОГРН 1107847370311

192019 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МЕЛЬНИЧНАЯ, 18/А,

т/ф. (812) 702-33-04

расходные медицинские материалы

**UNICORN
MED**



Исх. 01/08

от 22.08.2019г.

Субъектам обращения медицинских изделий

Информационное письмо об отзыве

ООО «Юникорнмед», являющееся уполномоченным представителем производителя «Баоин Каунти Фуканг Медикл Апплаенс Ко. Лтд.», Китай, по поручению производителя принял решение об отзыве из обращения ИМН «Салфетка медицинская проспиртованная, размер: 30 x 65 мм» арт. СП01-11, LOT 20180410, РУ №ФСЗ 2009/04575 от 24/02/2014, на основании информационного письма Росздравнадзора от 06/08/2019 №01и-1900/19.

ООО «Юникорнмед» просит всех субъектов обращения медицинских изделий провести проверку наличия указанной партии ИМН и в случае выявления осуществить возврат в наш адрес: Санкт-Петербург, ул. Кубинская д.75, предварительно связавшись по телефону: (812)702-3304.

Приносим извинения за причиненные неудобства.

С уважением,
Генеральный директор



/Осипов Д.Ю./